

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Saldanha Rodrigues Ltda CNPJ nº 03.426.484/0002-04 Rodovia BR-463 – Km 105,6 – Zona Rural CEP.: 79.900-000 – Ponta Porã – Mato Grosso do Sul - Brasil	
Fabricante <i>Manufacture</i>	S.R. Productos Para La Salud S.A. RUC nº 80053294-5 Calle Saldanha Rodrigues PY nº 1855 Pedro Juan Caballero - Departamento de Amambay – Paraguay	
Produto <i>Product</i>	Seringa Hipodérmica Estérel de Uso Único para Uso Manual <i>Marca Comercial: SR</i>	
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR ISO 7886-1:2003 Errata 1:2011 - Seringa hipodérmica estérel para uso único - Parte 1: Seringa para uso manual.	
Regulamento <i>Regulation</i>	Seringas hipodérmicas estéreis de uso único Portaria INMETRO 503 de 29 de dezembro de 2011 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Conforme páginas 2 e 3 deste documento	
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	auditoria recertificação realizada em 23, 24 e 25.novembro.2017 auditoria de analise de documentos em 09.janeiro.2020	
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	L-140	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i> 05/03/2018
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	05/03/2018 – 04/03/2023	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 14/02/2020

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 1 de 3 - Rev.:02 – 14/02/2020

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado L-140
Certificate #

Validade 04/03/2023
Expiry Date

Informações Adicionais
Additional Information

- **SERINGA LUER SLIP 1ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-018-18.SRPARAGUAI.E315 (01.02.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 271-18.SRPARAGUAI.F382 – revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER SLIP 3ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-016-18.SRPARAGUAI.E516 (31.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 272-18.SRPARAGUAI.F376 – revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER SLIP 5ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-014-18.SRPARAGUAI.E510 (31.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 273-18.SRPARAGUAI.F386 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER SLIP 10ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-012-18.SRPARAGUAI.E537 (31.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 274-18.SRPARAGUAI.F354 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER SLIP 20ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-010-18.SRPARAGUAI.E541 (30.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 275-18.SRPARAGUAI.F379 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER SLIP 60ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-008-18.SRPARAGUAI.E538 (30.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 276-18.SRPARAGUAI.F383 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)

MODELO DE AGULHA APROVADA

0,33X13 30G1/2";
0,45x13 26G1/2";
0,55X20 24G3/4";
0,6X25 23G1";
0,7X25 22G1";
0,7X30 22G1 1/4";
0,8X25 21G1";
0,8X30 21G1 1/4";
0,8X40 21G1 1/2";
1,2X40 18G1 1/2".

ACESSORIOS

Protetor
Dispositivo de Segurança

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address



Reginado Maia
Diretor Presidente

Barueri, 14/02/2020

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado L-140
Certificate #

Validade 04/03/2023
Expiry Date

Informações Adicionais

Additional Information

- **SERINGA LUER LOCK 1ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-017-18.SRPARAGUAI.E616 (01.02.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 277-18.SRPARAGUAI.F444 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER LOCK 3ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-015-18.SRPARAGUAI.E553 (31.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 278-18.SRPARAGUAI.F366 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER LOCK 5ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-013-18.SRPARAGUAI.E521 (31.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 279-18.SRPARAGUAI.F360 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER LOCK 10ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-011-18.SRPARAGUAI.E549 (31.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 280-18.SRPARAGUAI.F322 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER LOCK 20ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-009-18.SRPARAGUAI.E532 (30.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 281-18.SRPARAGUAI.F363 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)
- **SERINGA LUER LOCK 60ML – COM OU SEM AGULHA**
CPE-007-18.SRPARAGUAI.E541 (30.01.2018) – CEPROMED (CRL0701)
CPE 282-18.SRPARAGUAI.F424 - revisão 01 - (26.10.18) – CEPROMED (CRL0701)

MODELO DE AGULHA APROVADA

0,33X13 30G1/2";
0,45x13 26G1/2";
0,55X20 24G3/4";
0,6X25 23G1";
0,7X25 22G1";
0,7X30 22G1 1/4";
0,8X25 21G1";
0,8X30 21G1 1/4";
0,8X40 21G1 1/2";
1,2X40 18G1 1/2".


ACESSÓRIOS

Protetor
Dispositivo de Segurança

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	05/03/2018	Emissão inicial
1	27/03/2019	Divisão do certificado L-140 para seringas manuais e seringas de insulina e atualização do número de famílias.
2	14/02/2020	Inclusão da Saldanha Rodrigues Ltda / Manaus / AM - CNPJ: 03.426.484/0001-23, como Solicitante junto a Saldanha Rodrigues Ltda - SR - Filial de Ponta Porã - MS - CNPJ: 03.426.484/0002-04 que é a atual solicitante do certificado.

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

Barueri, 14/02/2020


Regina do Maia
Diretor Presidente

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP - Brasil

www.brtuv.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 3 de 3 - Rev.: 01 – 14/02/2020

